

6.2 货物清单

项目名称：佛山海关综合技术中心 2026 年 6 月-2027 年 5 月试剂耗材采购（二次）
项目编号：M4400000707537887001
子包名称：子包 3：动检试剂

试剂耗材品名	预计采购数量	单位	投标产品制造商名称	投标产品品牌	产地	型号、规格、技术要求	备注	单价 (元/单位)
禽流感 H5 抗原	5	瓶	哈尔滨维科生物技术有限公司	维科	哈尔滨	2ML/瓶、符合标准 SN/T 1182-2010 检测要求		625
禽流感 H7 抗原	5	瓶	哈尔滨维科生物技术有限公司	维科	哈尔滨	2ML/瓶、符合标准 SN/T 1182-2010 检测要求		625
禽流感 H5 阳性对照血清	5	瓶	哈尔滨维科生物技术有限公司	维科	哈尔滨	2ML/瓶、符合标准 SN/T 1182-2010 检测要求		625
禽流感 H5 阴性对照血清	5	瓶	哈尔滨维科生物技术有限公司	维科	哈尔滨	2ML/瓶、符合标准 SN/T 1182-2010 检测要求		625
禽流感 H7 阳性对照血清	5	瓶	哈尔滨维科生物技术有限公司	维科	哈尔滨	2ML/瓶、符合标准 SN/T 1182-2010 检测要求		625
禽流感 H7 阴性对照血清	5	瓶	哈尔滨维科生物技术有限公司	维科	哈尔滨	2ML/瓶、符合标准 SN/T 1182-2010 检测要求		625
1%鸡红细胞	6	瓶	百狮园动物保健科技（广州）有限公司	百狮园	广州	100ML/瓶		450
1%鹅红细胞	6	瓶	百狮园动物保健科技	百狮园	广州	100ML/瓶		450

禽脑脊髓炎核酸 检测试剂盒	7	盒	百狮园动物保健科技 (广州)有限公司	百狮园	广州	1、50T/Kit, 符合标准 SN/T1558-2005 检测要求; 试剂盒适用于禽类咽喉拭子、泄殖腔拭子、冷冻肉组织渗出液、鸡胚尿囊液等样品中新城疫病毒核酸的检测。 ★2、试剂盒符合最新禽脑脊髓炎诊断技术要求的国家标准。 3、试剂盒含有完成荧光 RT-PCR 全过程所需全部试剂 (不含核酸提取试剂)。 ★4、实时荧光 RT-PCR 反应在同一管内连续进行。反应液单一组分配制, 无需多组分配制。 ★5、特异性: 可检出目前国内外流行的禽脑脊髓炎病毒核酸, 与其它禽类病原核酸、禽类基因组均无交叉反应。要求提供该试剂盒引物探针同源性能数据。要求提供该试剂盒有效的第三方验证/测试报告的复印件, 评审中无证明材料或评审专家无法凭所提供资料判断的情况, 一律判为未满足该要求处理。 ★6、敏感性: 每个反应能检测到等于或低于 102 拷贝数。要求提供该试剂盒有效的第三方验证/测试报告的复印件, 评审中无证明材料或评审专家无法凭所提供资料判断的情况, 一律判为未满足该要求处理。 7、精密度: 批内精密度应符合实时荧光 RT-PCR 检测 Ct 值的变异系数 (CV, %) $\leq 5\%$; 批间精密度应符合实时荧光 RT-PCR 检测 Ct 值的变异系数 (CV, %) $\leq 10\%$。 8、试剂盒中的阳性对照和阴性对照需参与核酸提取、扩增等实验全过程的质控, 阴性对照品实时荧光 RT-PCR 检测结果无 Ct 值; 阳性对照品实时荧光 RT-PCR 检测结果出现 S 形扩增曲线, 且 Ct 值 ≤ 30。 9、反应时间 < 2 小时。 10、试剂盒适用于 ABI 7500、ABI STEPONEPLUS、罗氏 LightCycler480、AGS4800 等荧光 PCR 仪。 11、反应液中含特异性的引物和探针, 所含特异性探针修饰的荧光基团为 FAM 荧光基团。 12、试剂盒规格: 反应体系为 25ul。 13、附有使用说明, 说明书中至少应包括检测试剂所用标准、产品名称、型号或规格, 试剂盒组成, 产品适用范围, 详细使用说明, 试剂盒使用注意事项等。 14、试剂盒有效期至少为 6 个月。试剂盒交货日到该货物标明失效日的时间不少于其质保期的 2/3。	1500
------------------	---	---	-----------------------	-----	----	---	------

